

番号	25 - 31	申請者	呼吸器科部長 今村 文哉
<p><b>【審査申請課題】</b></p> <p>「多剤耐性緑膿菌(MDRP)感染をもつ、びまん性汎細気管支炎(DPB)慢性呼吸不全患者での人工呼吸器管理における、ホースヒーター付き加温加湿器の効果の検討」</p>			
<p><b>【審査課題の概要】</b></p> <p>当院で人工呼吸管理中のMDRP感染合併DPB患者(1名)に対して使用している、加温加湿器+蛇管(滅菌再利用)を温度設定付き加温加湿器+ホースヒーター付き蛇管(ディスポ)に変更して仕様し、喀痰排出状況、呼吸状態、自覚症状に対する変化及び感染管理上問題点に関して調査する。</p>			
審査結果	承認 ( 平成25年12月18日 )		